

Оператор:		Комментарий:	
Имя файла:	Микросайзер 201С ЭПГ-1.fms		
Дата:	14.11.2025	Расчет по:	Фраунгоферу
Время:	12:38:48	Ультразвук:	Мощность 200 Вт Время 60с.
		Диапазон:	(0.60-150) мкм
		Коэфф. пропускания:	80.0 %




Таблица соответствия размеров частиц (D, мкм) заданным значениям весовых долей

D, мкм	12.2	15.7	17.7	19.5	21.3	23.2	25.4	28.3	32.7	150
P, %	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100

Таблица весовых долей частиц (P, %), соответствующих заданным значениям размеров частиц

P, %	1.60	3.10	3.50	4.10	7.70	17.0	84.7	99.7	99.9	100
D, мкм	1.00	2.00	3.00	5.00	10.0	15.0	30.0	50.0	100	150